Hygiëneprotocol XO units

1. **<u>Ochtend</u>**

- Zorg dat de compressor aanstaat.
- Zet de behandelstoel aan.
  Indien de laatste werkdag hoofdstuk 4.*Laatste dag voor een dag/periode van stilstand* is doorlopen:
  - Op display staat “Waterclean Active”; 6 min wachten- tot melding ‘flush ok’.
  - Slangen kunnen van de spoelschaal afgehaald en teruggelegd worden op de brug.
  - Spoelschaal van de spittoon afhalen, kraantje spittoonbak terugdraaien tot een knik voelbaar is.
- De behandelstoel is klaar voor gebruik.



2. **<u>Middagpauze</u>**

- Afzuigknop 3 sec ingedrukt houden -unit 2e luikje van rechts (voorkomt bezinksel in spittoon).


3. **<u>Einde werkdag</u>**

- Witte zeefjes van de afzuiging vervangen voor schone (inclusief houder).
- Vieze zeefjes met houder in sterilisatie ruimte schoonmaken en in water met een beetje chloor leggen.



- Scheutje Orotol in spittoon bak doen (ca 1 minuut laten inwerken).
- Kopstuk afzuigers eraf halen, afzuigslangen aansluiten op mondstukken (zie foto) en 2x op de zwarte knop daaronder drukken.

- Kraantje spittoon laten lopen en 3 sec zwarte/blauwe knop (zie 2.*Middagpauze*) indrukken.
- Na doorspoelen (melding op display ‘OK’) unit uitzetten, waarna de compressor ook uit kan (als alle units al uit zijn).



4. **<u>Laatste dag voor een dag/periode van stilstand</u>**

- Kraantje spittoon wegdraaien.
- Spoelschaal op spittoon plaatsen en aansluiten op kraantje bekervuller.
- Slangen aansluiten op spoelschaal.
- Knop voor spittoon kraan indrukken.

- Na melding ‘OK’ unit uitzetten.

Croonen Dental Service V.O.F.
Van Heemstraweg 13
6551 DL Weurt
The Netherlands

Telefoonnr. +31 (0) 24 303 17 17
E-Mail: info@croonendentalservice.nl
www.croonendentalservice.nl
KvK nr.: 70705941

Btw-nummer: NL858429342B01
IBAN: NL91RABO2142077615
SWIFT-code: RABONL2U

Onderhoud

Dagelijks

- Na elke controle en extractie: afzuigslangen met water doorspoelen
- Bekleding:

De bekleding kan met diverse middelen schoongemaakt worden (maar niet met alcohol houdende middelen!):

- Dürr FD 366 op microvezeldoekje aanbrengen (ook verkrijgbaar als vochtige doekjes die direct te gebruiken zijn). Dit middel is daarnaast ook geschikt voor reiniging en desinfectie van de overige oppervlakken.
- Dürr FD 360; dit middel reinigt niet alleen al het (kunst)leder, maar het verzorgt daarnaast ook het materiaal voor een langere levensduur. Spray ook deze op een microvezeldoekje en breng dit voorzichtig aan op de bekleding.
- CDS-001 is het reinigingsmiddel van onze eigen bekleder. Met de lage prijs is deze financieel ook zeer aantrekkelijk en doet niet onder voor vele andere duurdere middelen. Ook deze moet opgebracht worden d.m.v. een microvezeldoekje. Deze is ook beschikbaar als onderhoudsmiddel. Voor een mooiere glans en langere levensduur.

Kijk voor meer informatie over alle geschikte reinigingsmiddelen op onze website, of neem contact met ons op!

Minimaal 2x per week

Unit doorspoelen met MD555

50ml MD555 aanvullen met water tot 1 liter, slangen los koppelen en aansluiten op Orocup, wanneer er nog een klein laagje vloeistof over is dan de slangen terug hangen, het restant in het gat van de spittoonbak doen (dopje en zeefje verwijderen). Alles minimaal 30 minuten laten inwerken en naspoelen met water. Tot slot spittoonkraan laten lopen en zwarte/blauwe knop (zie 2.*Middagpauze*) 3 sec ingedrukt houden.



1x per week

- Dopjes voetpedaal afnemen met alcohol (voorkomt wegschuiven)
- Zachte wielen XO stoeltjes afstoffen

1x per maand

- Reinigen geel zeefje onder spittoonbak: 2e luik van links→ blauwe knop 3 sec inhouden en daarna gele schroefdop opendraaien en zeefje schoonmaken
- Vervangen witte zeefjes (dunne rand naar boven)

Croonen Dental Service V.O.F.
Van Heemstraweg 13
6551 DL Weurt
The Netherlands

Telefoonnr. +31 (0) 24 303 17 17
E-Mail: info@croonendentalservice.nl
www.croonendentalservice.nl
KvK nr.: 70705941

Btw-nummer: NL858429342B01
IBAN: NL91RABO2142077615
SWIFT-code: RABONL2U