Hygiëneprotocol XO CARE behandelstoelen (zonder spittoon)

1. **Ochtend**

- Zorg dat de compressor aanstaat.
- Zet de behandelstoel aan.

  Indien de laatste werkdag hoofdstuk 4 is doorlopen:
- Op display staat “Waterclean Active”; 6 min wachten- tot melding “flush ok”.
- Instrumentslangen kunnen van de spoelschaal afgehaald en teruggelegd worden op de brug.
- Is de unit langer dan een weekend niet gebruikt? Om een goede waterkwaliteit te garanderen, moet deze uitgebreider gespoeld worden. Sluit de instrumentslangen opnieuw aan op de spoelschaal en druk op de knop van de bekervuller (of knop ‘O’op het voetpedaal). Het uitgebreide programma begint nu automatisch en is klaar na de melding “flush OK”.
  (advies dit minimaal 1x in de maand sowieso te doen)
- Spoelschaal van de unit afhalen en de afdekking terugplaatsen.
- De behandelstoel is klaar voor gebruik.

2. **Einde werkdag: afzuigsysteem**

- Opzetstukken afzuigers er afhalen, afzuigslangen aansluiten op mondstukken (zie foto) en 2x op de zwarte knop daaronder drukken.
- Na doorspoelen (melding op display ‘OK’) kunnen de afzuigslangen teruggeplaatst worden in de houder.
- Witte zeefjes van de afzuiging vervangen voor schone (inclusief houder). Vieze zeefjes met houder in sterilisatie ruimte schoonmaken en in water met een beetje chloor leggen.
- Zwart/blauwe knop boven het gele filter (aan de zijkant van de unit) 3 seconden ingedrukt houden.

3. **Einde werkdag: waterdesinfectiesysteem**

- Rubber afdekking van de unit afhalen en spoelschaal plaatsen. Slangetje aansluiten op de koppeling aan de zijkant van de unit.
- Instrumentslangen aansluiten op spoelschaal (zie afbeelding).
- Knop voor spittoonkraantje (of de knop ‘X’ op het voetpedaal tot een zachte klik hoorbaar is) indrukken. Het spoelprogramma begint nu automatisch en duurt circa 6 min.
- Na melding ‘switch unit off’ de unit uitzetten, waarna de compressor en afzuigmotor ook uit kunnen (zodra alle units uit zijn).

Croonen Dental Service V.O.F.
Van Heemstraweg 13
6551 DL Weurt
The Netherlands

Telefoonnr. +31 (0) 24 303 17 17
E-Mail: info@croonendentalservice.nl
www.croonendentalservice.nl
KvK nr.: 70705941

Btw-nummer: NL858429342B01
IBAN: NL91RABO2142077615
SWIFT-code: RABONL2U

Onderhoud

Dagelijks

- Na elke extractie en bloederige behandelingen: altijd beide afzuigslangen met één beker koud water doorspoelen.
- Desinfectie van de bekleding op de patiëntenstoel, werkstoeltjes en overige oppervlakken van de unit en in de behandelkamer: Dürr Dental FD 366 (of vergelijkbaar) op een microvezeldoekje aanbrengen Ook verkrijgbaar als vochtige doekjes die direct te gebruiken zijn.
- CDS-001 is het reinigingsmiddel van onze eigen merk. Speciaal geschikt voor bekleding op de patiëntenstoel en de werkstoeltjes. Met de lage prijs is deze financieel ook zeer aantrekkelijk en doet niet onder voor de vele andere duurdere middelen. Ook deze moet opgebracht worden d.m.v. een microvezeldoekje. Tevens beschikbaar als onderhoudsmiddel bij skai bekleding; voor een mooiere glans en langere levensduur.
- Met een allesreiniger (zoals groene zeep) kunnen de overige oppervlakken gereinigd worden.
  Let op: niet met alcohol houdende middelen desinfecteren
  Kijk voor meer informatie of om te bestellen op onze website, of neem contact met ons op!

Minimaal 2x per week

- Afzuigsysteem doorspoelen met Dürr Dental MD555.
  50ml MD555 aanvullen met water tot 1 liter in de Orocup. De afzuigslangen zonder opzetstukken hierop aansluiten. Er blijft een klein laagje vloeistof in de Orocup over, waarna de slangen teruggehangen kunnen worden in de houders. Het restant in de afvoer van de spittoonschaal gieten (dopje en zeefje verwijderen). Alles minimaal 30 minuten (max. 2 uur) laten inwerken en flink naspoelen met koud water (minimaal één volle en uitgespoelde Orocup). Tot slot het spittoonkraantje laten lopen en de zwarte of blauwe knop (zie 2.*Middagpauze*) 3 sec ingedrukt houden.

Minimaal 1x per week

- Dopjes onder het voetpedaal afnemen met alcohol (voorkomt wegschuiven).
- De wielen van de werkstoeltjes afstoffen.

Minimaal 1x per maand

- Reinigen geel zeefje onder spittoonschaal: 2e luik van rechts→ blauwe knop of zwarte 3 sec inhouden en daarna de gele schroefdop opendraaien en het zeefje onder de kraan schoonmaken.
- Vervangen witte zeefjes (met de dunne rand naar boven).
  (deze zijn bij Croonen Dental Service te bestellen onder artikelnummer MR-075)

Croonen Dental Service V.O.F.
Van Heemstraweg 13
6551 DL Weurt
The Netherlands

Telefoonnr. +31 (0) 24 303 17 17
E-Mail: info@croonendentalservice.nl
www.croonendentalservice.nl
KvK nr.: 70705941

Btw-nummer: NL858429342B01
IBAN: NL91RABO2142077615
SWIFT-code: RABONL2U